

測定結果報告書

IWB Life 株式会社 御中

発行日 2025.12.26

検査 No. 2512-3

株式会社 TYK 機能材料研究所

岐阜県多治見市大畑町 3-1

TEL 0572-25-7181



責任者印	担当印
	

製品名	家庭用水素発生器・エッセンシャル H2
型番	HO450

測定ガス: 吸入チューブ出口のガス

測定日: 2025.12.25 PM2 時

測定時室温: 20℃

測定項目	測定結果	測定方法
水素濃度	99.99%以上	GL サイエンス社製 990 Micro GC
水素発生量	308.8mL	水上置換法
ー以下余白ー		

※ 日本エア・リキード製 超高濃度水素ガス 99.999%保証にて校正

※ 除湿器を通して測定していますが、一部水蒸気(水分量)が存在している可能性があります。

※ 各 5 回測定